

Приложение А

А.1 Диапазон измерений, значения характеристики погрешности и ее составляющих

Диапазон измерений, млн ¹	Относительное значение среднеквадратического отклонения повторяемости, $\sigma_{r o}$, %	Относительное значение среднеквадратического отклонения воспроизводимости, $\sigma_{R o}$, %	Границы относительной погрешности при вероятности P=0.95, $\pm\delta$, %
от 1,0 до 5,0 вкл.	10	20	40
св. 5,0 до 50,0 вкл.	7	14	30
св. 50,0 до 190 вкл.	5	10	22