

Приложение А

А.1 Диапазон измерений, значения характеристики погрешности и ее составляющих

Диапазон измерений, млн ¹	Относительное значение среднеквадратического отклонения повторяемости, σ_r , %	Относительное значение среднеквадратического отклонения воспроизводимости при n=1 ¹ , σ_R , %	Относительное значение среднеквадратического отклонения воспроизводимости при n=2, $\sigma_{R_{X_{cp}}}$, %	Границы относительной погрешности при вероятности P=0.95 и n=1, $\pm \delta$, %	Границы относительной погрешности при вероятности P=0.95 и n=2, $\pm \delta_{X_{cp}}$, %
От 0,5 до 130 вкл.	18	29	25	58	50
<p>П р и м е ч а н и е – n - количество результатов параллельных определений, необходимых для получения окончательного результата измерений</p>					