

Таблица 1

Диапазон измерений массовой концентрации фторид-ионов в сточной и природной воде, мг/дм ³	Показатель точности (границы относительной погрешности) $\pm\delta$, % при $P=0,95$	Показатель повторяемости (относительное среднее квадратическое отклонение повторяемости), σ_r , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднее квадратическое отклонение воспроизводимости), σ_R , %	Предел повторяемости, r , %, $P=0,95$, $n=2$
От 0,05 до 1,0 включ.	25	7	12	19
Св. 1,0 до 160 включ.	12	4	5	11