

## Приложение А

Объект	Диапазон измерений массовой концентрации (массовой доли) ртути общей			Показатель точности (границы относительной погрешности) $\pm\delta$ , % при $P=0,95$	Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), $\sigma_r$ , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), $\sigma_R$ , %	Предел повторяемости, $r$ , %, $P=0,95$ , $n=2$
	мг/дм <sup>3</sup>	млн <sup>-1</sup> (мг/кг)	%				
Почвы, грунты, донные отложения, ил, осадки сточных вод, шламы, твердые и жидкие отходы	От 0,05 до 100000 включ.	От 0,05 до 100000 включ.	От 0,000005 до 10 включ.	25	6	12	17