

Приложение А

Таблица 1

| Объект | Диапазон измерений массовой концентрации (массовой доли) ионов аммония | | | Показатель точности (границы относительной погрешности) $\pm\delta$, % при $P=0,95$ | Показатель повторяемости (относительное среднее квадратическое отклонение повторяемости), σ_r , % | Показатель воспроизводимости (относительное среднее квадратическое отклонение воспроизводимости), σ_R , % | Предел повторяемости, r , %, $P=0,95$, $n=2$ |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--|--|--|---|
| | мг/дм ³ | млн ⁻¹ (мг/кг) | % | | | | |
| Почвы, грунты, твердые отходы | - | От 10 до 5000 включ. | От 0,0010 до 0,50 включ. | 15 | 3 | 5 | 8 |
| | - | Св. 5000 до 250000 включ. | Св. 0,50 до 25 включ. | 10 | 2,5 | 4 | 7 |
| Жидкие отходы | От 10 до 5000 включ. | - | - | 15 | 3,5 | 5 | 10 |
| | Св. 5000 до 250000 включ. | - | - | 10 | 2,5 | 4 | 7 |
| | | | | | | | |
| Донные отложения, ил, осадки, шламы | От 10 до 5000 включ. | От 10 до 5000 включ. | От 0,0010 до 0,50 включ. | 17 | 4 | 6 | 11 |
| | Св. 5000 до 250000 включ. | Св. 5000 до 250000 включ. | Св. 0,50 до 25 включ. | 12 | 3 | 5 | 8 |