

Таблица 1

Объект	Диапазон измерений массовой доли влаги, %	Показатель точности (границы относительной погрешности) $\pm\delta$, % при $P=0,95$	Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), σ_r , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), σ_R , %	Предел повторяемости, r , %, $P=0,95$, $n=2$
Почвы, грунты, твердые и жидкие отходы донные отложения, ил, осадки, шламы	От 0,05 до 0,20 включ.	22	7	10	19
	Св. 0,20 до 1,0 включ.	16	5	7	14
	Св. 1,0 до 25 включ.	10	3	5	8
	Св. 25 до 99 включ.	7	2	3	5,5