

Приложение А

Диапазон измерений массовой концентрации ртути общей в сточной и природной воде, мг/дм ³	Показатель точности (границы относительной погрешности) $\pm\delta$, % при P=0,95	Показатель повторяемости (относительное среднее квадратическое отклонение повторяемости), σ_r , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднее квадратическое отклонение воспроизводимости), σ_R , %	Предел повторяемости, r, %, P=0,95, n=2
От 0,0015 до 0,010 включ.	50	16	21	44
Св. 0,010 до 0,05 включ.	40	12	18	33
Св. 0,05 до 0,10 включ.	32	7	10	19
Св. 0,10 до 1,0 включ.	20	5	8	14
Св. 1,0 до 60 включ.	13	3	5	8