

Приложение А

Таблица 1

Объект	Диапазон измерений массовой доли золы (зольности), %	Диапазон измерений потери массы при прокаливании, %	Показатель точности (границы абсолютной погрешности) $\pm\Delta$, % при $P=0,95$	Показатель повторяемости (среднеквадратическое отклонение повторяемости), σ_r , %	Показатель воспроизводимости (среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), σ_R , %	Предел повторяемости, г, %, $P=0,95$, $n=2$
Почвы, грунты, твердые отходы	От 1,0 до 5,0 включ.	От 99,0 до 95,0 включ.	0,35	0,1	0,15	0,3
	Св. 5 до 95 включ.	Св. 95 до 5 включ.	1,5	0,25	0,4	0,7
	Св. 95 до 100 включ.	-	2	0,35	0,5	1
Жидкие отходы	От 1,0 до 5,0 включ.	От 99,0 до 95,0 включ.	0,4	0,1	0,15	0,3
	Св. 5 до 95 включ.	Св. 95 до 5 включ.	2	0,6	0,9	1,7
	Св. 95 до 100 включ.	-	2,5	0,8	1,2	2
Донные отложения, ил, осадки, шламы	От 1,0 до 5,0 включ.	От 99,0 до 95,0 включ.	0,4	0,15	0,2	0,4
	Св. 5 до 95 включ.	Св. 95 до 5 включ.	2	0,5	0,8	1,4
	Св. 95 до 100 включ.	-	2,5	0,7	1	2