

Приложение А

Диапазон измерений массовой доли ртути общей, %	Показатель точности (гра- ницы относи- тельной погреш- ности) $\pm\delta$, % при $P=0,95$	Показатель повторяемости (относитель- ное средне- квадратиче- ское отклоне- ние повторяе- мости), σ_r , %	Показатель воспроиз- водимости (относитель- ное средне- квадратиче- ское отклоне- ние воспроиз- водимости), σ_R , %	Предел повторяемо- сти, г, %, $P=0,95$, $n=2$
От 0,0010 до 1,0 включ.	21	4	6	11
Св. 1,0 до 10 включ.	11	3	5	8